

Ogłoszenie nr 2020-483-16961

„Dostawa wyposażenia i sprzętu na potrzeby utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku Pielęgniarstwo”

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 3

Pytanie numer 1, data wysłania 2020-11-26

Część 3 – Dostawa podstawowego sprzętu medycznego i mebli medycznych do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych.

Pozycja 38 i 52 – Panel nad łóżkowy 2-stanowiskowy.

Pytanie 1 – Czy Zamawiający dopuści panel nad łóżkowy o poniższej konfiguracji:

Wyposażenie elektryczno-gazowe (dla jednego stanowiska):

4 x gniazdo 230V

1 x gniazdo RJ45 kat 6

2 x bolec ekwipotencjalny

1 x otworowanie pod gniazdo systemu przywoławczego

1 x oświetlenie ogólne LED (załączane z łącznika na panelu)

1 x oświetlenie miejscowe i nocne LED (załączane z łącznika na panelu)

gazy medyczne typ AGA: 1 x tlen, 1 x sprężone pow., 1 x próżnia

1 x podtlenek azotu, 1x dwutlenek węgla (wspólne dla dwóch stanowisk)

2 x szyna sprzętowa na całej długości panelu.

Pozycja 45 – Kozetka lekarska.

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o metalowej konstrukcji malowanej proszkowo na kolor biały, bez możliwości wyboru kolorystyki powłoki lakierniczej? Do wyboru kolorystyka tapicerki leża – 19 kolorów.

Pozycja 58 – Zestaw profilaktyki przeciwoleżynowej.

Pytanie 2 – Czy Zamawiający uzna za spełniający wymagania certyfikat spełniający wymagania względem wyrobu klasy 1 określone w Dyrektywie Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych, poprzez zastosowanie następujących norm: EN ISO 14971:2001 (Wyroby medyczne – Zastosowanie zarządzania

ryzykiem do wyrobów medycznych), EN 12182 (Wyroby pomocnicze dla osób niepełnosprawnych – Wymagania ogólne i metody badań) oraz FN EN ISO 13485:2004 (Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością).

W związku z trwającą pandemią SARS-COV-2 w kraju i na świecie, producenci wyrobów medycznych nie wyrobili jeszcze nowych dokumentów.

Pozycja 66 – Łóżko szpitalne z przechyłami bocznymi.

Pytanie 3 - Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z przechyłami bocznymi bez przedłużania leża. W związku z wykorzystaniem łóżka z użyciem fantomów nie ma konieczności używania funkcji przedłużania leża, co ma miejsce w warunkach szpitalnych.

Udzielono odpowiedzi

Odpowiedź:

Pozycja 38 i 52 – Panel nad łóżkowy 2-stanowiskowy.

Czy Zamawiający dopuści panel nad łóżkowy o poniższej konfiguracji: NIE

Wyposażenie elektryczno-gazowe (dla jednego stanowiska):

4 x gniazdo 230V

1 x gniazdo RJ45 kat 6

2 x bolec ekwipotencjalny

1 x otworowanie pod gniazdo systemu przywoławczego

1 x oświetlenie ogólne LED (załączane z łącznika na panelu)

1 x oświetlenie miejscowe i nocne LED (załączane z łącznika na panelu)

gazy medyczne typ AGA: 1 x tlen, 1 x sprężone pow., 1 x próżnia, 1 x podtlenek azotu, 1x dwutlenek węgla (wspólne dla dwóch stanowisk)

2 x szyna sprzętowa na całej długości panelu.

Zamawiający nie przewiduje zmian dokumentacji postępowania, w tym szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie. Zapisy zawarte w dokumentacji postępowania pozostają bez zmian.

Odpowiedź:

Pozycja 45 – Kozetka lekarska.

Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o metalowej konstrukcji malowanej proszkowo na kolor biały, bez możliwości wyboru kolorystyki powłoki lakierniczej: TAK

Odpowiedź:

Pozycja 58 – Zestaw profilaktyki przeciwoleżynowej.

Czy Zamawiający uzna za spełniający wymagania certyfikat spełniający wymagania względem wyrobu klasy 1 określone w Dyrektywie Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych, poprzez zastosowanie następujących norm: EN ISO 14971:2001 (Wyroby medyczne – Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych), EN 12182 (Wyroby pomocnicze dla osób niepełnosprawnych – Wymagania ogólne i metody badań) oraz FN EN ISO 13485:2004 (Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością): NIE

Zamawiający nie przewiduje zmian dokumentacji postępowania, w tym szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie. Zapisy zawarte w dokumentacji postępowania pozostają bez zmian.

Odpowiedź:

Pozycja 66 – Łóżko szpitalne z przechyłami bocznymi.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z przechyłami bocznymi bez przedłużania leża. W związku z wykorzystaniem łóżka z użyciem fantomów nie ma konieczności używania funkcji przedłużania leża, co ma miejsce w warunkach szpitalnych: NIE

Zamawiający nie przewiduje zmian dokumentacji postępowania, w tym szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie. Zapisy zawarte w dokumentacji postępowania pozostają bez zmian.

Ponadto w związku z wprowadzonymi zmianami do Załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznika nr 1A Formularz zgodności technicznej oraz Załącznika nr 4 – Umowa-wzór Zapytania ofertowego, Zamawiający wydłuża termin składania ofert na dzień 21.12.2020 r. godz. 09:00 oraz termin otwarcia 21.12.2020 r. godz. 09:30.

Pytanie numer 2, data wysłania 2020-11-26

Część 4 – Dostawa drobnego sprzętu medycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych.

Pytanie 4 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu w tej części przedmiotu zamówienia od gwarancji 2 lata, ponieważ jest to sprzęt jednorazowego użytku, którego nie obejmuje gwarancja użytkowania.

Pozycja 72 – Zestaw drobnego sprzętu medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Technicznych.

Pytanie 5 - Czy Zamawiający wymaga 8 zestawów rurek Guedela (8 sztuk w zestawie), czy jeden zestaw składający się z 8 sztuk rurek?

Pytanie 6 - Czy Zamawiający wymaga 6 zestawów rurek Bermana (6 sztuk w zestawie), czy jeden zestaw składający się z 6 sztuk rurek?

Pytanie 7 - Czy Zamawiający wymaga 6 zestawów rurek krtaniowych, masek krtaniowych i nosowych (3 rurki krtaniowe, 3 maski krtaniowe i nosowe w zestawie), czy jeden zestaw składający się z 3 rurek krtaniowych oraz 3 masek krtaniowych i nosowych?

Udzielono odpowiedzi

Odpowiedź:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu w tej części przedmiotu zamówienia od gwarancji 2 lata, ponieważ jest to sprzęt jednorazowego użytku, którego nie obejmuje gwarancja użytkowania: NIE
Zamawiający wymaga 2 lat gwarancji na urządzenia wielokrotnego użytku zawarte w zestawach: stetoskopy, ssaki ręczne, laryngoskopy, pulsoksymetry, aparaty do mierzenia ciśnienia.
Zamawiający nie przewiduje zmian dokumentacji postępowania, w tym szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie. Zapisy zawarte w dokumentacji postępowania pozostają bez zmian.

Odpowiedź:

Czy Zamawiający wymaga 8 zestawów rurek Guedela (8 sztuk w zestawie), czy jeden zestaw składający się z 8 sztuk rurek:
Zamawiający wymaga jednego zestawu składającego się z 8 sztuk rurek Gudela.

Odpowiedź:

Czy Zamawiający wymaga 6 zestawów rurek Bermiana (6 sztuk w zestawie), czy jeden zestaw składający się z 6 sztuk rurek:
Zamawiający wymaga jednego zestawu składającego się z 6 sztuk rurek Bermiana.

Odpowiedź:

Czy Zamawiający wymaga 6 zestawów rurek krtaniowych, masek krtaniowych i nosowych (3 rurki krtaniowe, 3 maski krtaniowe i nosowe w zestawie), czy jeden zestaw składający się z 3 rurek krtaniowych oraz 3 masek krtaniowych i nosowych:
Zamawiający wymaga jednego zestawu składającego się z 3 rurek krtaniowych oraz 3 masek krtaniowych i nosowych.

Ponadto w związku z wprowadzonymi zmianami do Załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznika nr 1A Formularz zgodności technicznej oraz Załącznika nr 4 – Umowa-wzór Zapytania ofertowego, Zamawiający wydłuża termin składania ofert na dzień 21.12.2020 r. godz. 09:00 oraz termin otwarcia 21.12.2020 r. godz. 09:30.

Umowa – KARY UMOWNE § 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących kar umownych w paragrafie 5.

Pytanie 8 – Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1.1 za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w całości, w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu dostawy określonego w umowie.

Pytanie 9 - Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1.2 za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych reklamacją zgodnie z §4 ust. 2 pkt 2.8. bądź opóźnienie w realizacji obowiązków gwarancyjnych w wysokości 0,5% za każdy przedmiot, nie zaś od całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia.

Pytanie 10 - Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1.3 za brak realizacji zadeklarowanej w ofercie przez wykonawcę liczby przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji 0,5% za dany przedmiot, którego przegląd techniczny nie został wykonany.

Pytanie 11 - Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1.4 za każdy przypadek braku dokonania w okresie gwarancyjnym wymiany niesprawnego modułu na nowy, w przypadku jego awarii, w zakresie zadeklarowanej w ofercie przez wykonawcę liczby awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkującej wymianą niesprawnego modułu na nowy 0,5 % za dany przedmiot, nie od całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie.

Pytanie 12 – Czy Zamawiający dopuści w punkcie 3 karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, do zapłaty przez Wykonawcę Zamawiającemu w wysokości 15 % kwoty brutto wynagrodzenia, zgodnie z §3 ust. 1.

Udzielono odpowiedzi

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1.1 za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w całości, w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu dostawy określonego w umowie: NIE

Zamawiający nie przewiduje zmian dokumentacji postępowania, w tym załączniku nr 4 – Umowa-wzór w powyższym zakresie. Zapisy zawarte w dokumentacji postępowania pozostają bez zmian.

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1.2 za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych reklamacją zgodnie z §4 ust. 2 pkt 2.8. bądź opóźnienie w realizacji obowiązków gwarancyjnych w wysokości 0,5% za każdy przedmiot, nie zaś od całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia: NIE

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Umowa-wzór, § 5 pkt. 1.2 otrzymuje brzmienie:

„za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych reklamacją zgodnie z §4 ust. 2 pkt 2.8. bądź opóźnienie w realizacji obowiązków gwarancyjnych w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu, którego dotyczy reklamacja lub realizacja obowiązku gwarancyjnego, określonej w ofercie Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia”

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1.3 za brak realizacji zadeklarowanej w ofercie przez wykonawcę liczby przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji 0,5% za dany przedmiot, którego przegląd techniczny nie został wykonany: NIE

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Umowa-wzór, § 5 pkt. 1.3 otrzymuje brzmienie:

„brak realizacji zadeklarowanej w ofercie przez wykonawcę liczby przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji 5% wartości brutto przedmiotu, którego przegląd nie został wykonany, określonej w ofercie Wykonawcy za każdy brakujący przegląd techniczny”

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1.4 za każdy przypadek braku dokonania w okresie gwarancyjnym wymiany niesprawnego modułu na nowy, w przypadku jego awarii, w zakresie zadeklarowanej w ofercie przez wykonawcę liczby awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkującej wymianą niesprawnego modułu na nowy 0,5 % za dany przedmiot, nie od całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie: NIE

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Umowa-wzór, § 5 pkt. 1.4 otrzymuje brzmienie:

„za każdy przypadek braku dokonania w okresie gwarancyjnym wymiany niesprawnego modułu na nowy, w przypadku jego awarii, w zakresie zadeklarowanej w ofercie przez wykonawcę liczby awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkującej wymianą niesprawnego modułu na nowy 5 % wartości brutto przedmiotu, którego dotyczy wymiana niesprawnego modułu na nowy, określonej w ofercie Wykonawcy”

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 3 karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, do zapłaty przez Wykonawcę Zamawiającemu w wysokości 15 % kwoty brutto wynagrodzenia, zgodnie z §3 ust. 1: TAK

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Umowa-wzór, § 5 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odstąpieni e od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 15 % kwoty brutto wynagrodzenia, zgodnie z §3 ust. 1.”

Ponadto w związku z wprowadzonymi zmianami do Załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznika nr 1A Formularz zgodności technicznej oraz Załącznika nr 4 – Umowa-wzór

Zapytania ofertowego, Zamawiający wydłuża termin składania ofert na dzień 21.12.2020 r. godz. 09:00 oraz termin otwarcia 21.12.2020 r. godz. 09:30.
